

Số: /BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp báo giá một số
dụng cụ để làm can thiệp và cầm
máu trong chẩn đoán nhiễm
H.Pylori (vi khuẩn HP)

Ninh Bình, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang thực hiện quy trình mua sắm một số dụng cụ để làm can thiệp và cầm máu trong chẩn đoán nhiễm H.Pylori (vi khuẩn HP) cụ thể như sau:

1. Số lượng, chủng loại

Số TT	Tên dụng cụ - quy cách	Đơn vị	Số lượng
1	Kìm sinh thiết dạ dày - Dùng để lấy sinh thiết dạ dày trong nội soi tiêu hoá - Chiều dài kìm sinh thiết: $\geq 1600\text{mm}$ - Kênh làm việc đường kính: $\geq 2.4\text{mm}$ - Tương thích kênh ống soi: 2.8mm của Bệnh viện - Ngàm hình oval	Chiếc	100
2	Kìm sinh thiết đại tràng - Dùng để làm sinh thiết khi bệnh nhân có u hoặc loét, cắt polyp - Chiều dài kìm sinh thiết: $\geq 2300\text{mm}$ - Kênh làm việc đường kính: $\geq 2.4\text{mm}$ - Tương thích kênh ống soi: 2.8mm của Bệnh viện - Ngàm hình oval	Chiếc	10
3	Chổi rửa máy dài - Chổi rửa dài kênh nội soi dùng một lần . - Chiều dài: $\geq 2300\text{mm}$. - Đường kính tối thiểu: 2.4mm	Chiếc	30
4	Bộ thắt giãn tĩnh mạch thực quản (có kèm theo súng) - Dùng để cầm máu thực quản, thắt trĩ - Gồm 1 súng thắt và 1 đầu thắt tĩnh mạch thực quản	Bộ	02

	<p>đồng bộ với nhau để sử dụng trong thắt giãn tĩnh mạch thực quản .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Súng thắt được làm bằng nhựa - Đầu thắt được thiết kế 6 vòng bằng cao su - Đường kính trong và ngoài: 8.9-11mm 		
5	<p>Bình nước</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bình nước sử dụng cho máy nội soi (Sử dụng tương thích với máy nội soi Olympus) 	Chiếc	02
6	<p>Snare cắt lạnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dùng để cắt lạnh polyp đại tràng, dạ dày - Chiều dài snare: 1800 ÷ 2300 mm - Thòng lọng hình oval - Kênh làm việc đường kính: $\geq 2.4\text{mm}$ - Tương thích kênh ống soi: 2.8mm của Bệnh viện - Đường kính lọng thắt: 15/20/30mm 	Chiếc	05
7	<p>Snare cắt nóng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dùng để cắt nóng polyp đại tràng, dạ dày - Chiều dài snare: 1800 ÷ 2300 mm - Thòng lọng hình oval - Kênh làm việc đường kính: $\geq 2.4\text{mm}$ - Tương thích kênh ống soi: 2.8mm của Bệnh viện - Đường kính lọng thắt : 15/20/30mm 	Chiếc	05
8	<p>Mast dao điện cắt đốt (Sử dụng tương thích với dao cắt đốt Olympus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu nối của tấm điện cực chắc chắn, kết nối tốt với kẹp của cáp dẫn mast. - Tháo lắp dễ dàng, không gây hư hỏng phần nhôm dẫn điện. 	Chiếc	30
9	<p>Kim tiêm cầm máu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm - Đầu TIP bằng kim loại, tay cầm bằng nhựa - Chiều dài làm việc : $\geq 2300\text{mm}$ - Đường kính kim : 23G, 21G - Chiều dài đầu kim : 4mm/5mm/6mm - Đường kính kênh làm việc: $\geq 2.4\text{mm}$ - Tương thích kênh ống soi: 2.8mm của Bệnh viện 	Chiếc	20

2. Các yêu cầu khác:

- Thời gian giao hàng: ≤ 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
- Tình trạng hàng hoá: mới 100%.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Đề nghị các công ty, đơn vị báo giá cho toàn bộ nội dung theo danh mục trên, trong đó ghi rõ: thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá (tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành), các điều khoản thương mại, bảo hành....

Thời gian tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày kể từ khi Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện.

Nơi nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; điện thoại: 02293 871 030 (Báo giá có đại diện đơn vị ký tên, đóng dấu).

Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện và gửi cho các đơn vị có khả năng thực hiện hoặc có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng ĐD-CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Tuyên