

Số: /BVĐK-VTTBYT  
V/v mời báo giá giường y tế, tủ đầu  
giường và xe đẩy đồ vải

Ninh Bình, ngày tháng 4 năm 2024

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu và làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

### 2. Cách thức tiếp nhận báo giá

#### - Nhận bản giấy báo giá:

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (*ghi trên bao bì báo giá*):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

#### - Nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện. Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua email (thời điểm báo có thư đến), tùy thời điểm nào đến trước. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được sử dụng.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ thời điểm phát hành báo giá.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Ông Đinh Quang Hiền, phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số điện thoại: 0912643538 (*Chú ý: các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này*).

## II. Nội dung mời báo giá

### 1. Danh mục hàng hóa mời báo giá

Số TT	Tên thiết bị, yêu cầu tính năng, cấu hình, kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	Số lượng
1	<p><b>Giường đa năng 3 tay quay</b></p> <p><b>1. Tính năng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng cho bệnh nhân cấp cứu, hồi sức tích cực.</li> <li>- Điều khiển bằng hệ thống tay quay.</li> <li>- Thay đổi được ít nhất các tư thế: chiều cao, đầu, chân:           <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nâng hạ đầu ít nhất trong khoảng từ 0 đến 75 độ</li> <li>+ Nâng hạ chân ít nhất trong khoảng từ 0 đến 30 độ</li> <li>+ Nâng hạ cao thấp ít nhất trong khoảng từ 0,4 đến 0,7m</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. Cấu hình, yêu cầu kỹ thuật cơ bản</b></p> <p>2.1. Khung giường kèm 4 bánh xe: 01 bộ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện, độ dày <math>\geq 1,4\text{mm}</math></li> <li>- Đường kính bánh xe <math>\geq 125\text{mm}</math>, có nắp che chống bụi.</li> <li>- Khóa được cả 4 bánh xe bằng cơ cấu khóa trung tâm</li> <li>- Kích thước tổng thể: (dài 2,1 x rộng 0,95)m <math>\pm 5\%</math></li> </ul> <p>2.2. Mặt giường: <math>\geq 4</math> khúc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: thép tấm sơn tĩnh điện hoặc inox, có lỗ thoáng khí</li> <li>- Liên kết linh hoạt</li> <li>- Tải trọng: <math>\geq 200</math> kg</li> </ul> <p>2.3. Bộ tay quay: <math>\geq 03</math> bộ, tay quay gập lại được khi không sử dụng</p> <p>2.4. Tấm chắn đầu giường: 02 cái, tháo rời được ra khỏi khung chính</p> <p>2.5. Tay vịn (lan can chống ngã): 02 cái</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: thanh đứng bằng inox hoặc thép mạ crom-niken; thanh ngang bằng inox hoặc nhôm</li> <li>- Gập lên, xuống được.</li> <li>- Tải trọng (lực đẩy ngang) khi sử dụng: <math>\geq 70</math> kg</li> </ul> <p>2.6. Đệm giường: <math>\geq 01</math> cái</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: bông ép hoặc xốp PE không xẹp</li> <li>- Bọc bằng vật liệu không thấm nước, thoáng khí</li> </ul> <p>+ Kích thước: phù hợp với mặt giường; độ dày từ 5 đến 10cm (phân từng khúc theo mặt giường)</p> <p>2.7. Bảng công khai thuốc chất liệu inox: <math>\geq 01</math> chiếc</p> <p>2.8. Cọc truyền: <math>\geq 01</math> chiếc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: inox 304 trở lên</li> <li>- Chiều cao điều chỉnh được ít nhất từ 800 đến 1400mm</li> <li>- Móc treo dịch truyền: <math>\geq 02</math> móc</li> <li>- Có ít nhất 4 vị trí cắm trên khung giường</li> </ul> <p>2.9. Móc treo túi dịch thải bệnh nhân: <math>\geq 04</math> móc</p> <p><b>3. Tiêu chuẩn chất lượng:</b> ít nhất đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Chiếc	17
2	<p><b>Giường đa năng 2 tay quay</b></p> <p><b>1. Tính năng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng cho bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện.</li> </ul>	Chiếc	41

Số TT	Tên thiết bị, yêu cầu tính năng, cấu hình, kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	Số lượng
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều khiển bằng hệ thống tay quay.</li> <li>- Thay đổi được các tư thế: Đầu (lưng), chân:</li> <li>+ Nâng hạ đầu trong khoảng từ 0 đến <math>\geq 75</math> độ</li> <li>+ Nâng hạ chân trong khoảng từ 0 đến <math>\geq 30</math> độ</li> </ul> <p><b>2. Cấu hình, yêu cầu kỹ thuật cơ bản</b></p> <p>2.1. Khung giường kèm 4 bánh xe: 01 bộ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện, độ dày <math>\geq 1,4</math>mm</li> <li>- Đường kính bánh xe <math>\geq 125</math>mm, có nắp che chống bụi.</li> <li>- Khóa được cả 4 bánh xe bằng cơ cấu khóa trung tâm</li> <li>- Kích thước tổng thể: (dài 2,1 x rộng 0,95 x cao 0,5)m <math>\pm 5\%</math></li> </ul> <p>2.2. Mặt giường: <math>\geq 4</math> khúc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Thép tấm sơn tĩnh điện hoặc inox, có lỗ thoáng khí</li> <li>- Liên kết linh hoạt</li> <li>- Tải trọng: <math>\geq 200</math> kg</li> </ul> <p>2.3. Bộ tay quay: <math>\geq 02</math> bộ, tay quay gập lại được khi không sử dụng</p> <p>2.4. Tấm chắn đầu giường: 02 cái, tháo rời được ra khỏi khung chính</p> <p>2.5. Tay vịn (lan can chống ngã): 02 cái</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: thanh đứng bằng inox hoặc thép mạ crom-niken; thanh ngang bằng inox hoặc nhôm</li> <li>- Gập lên, xuống được.</li> <li>- Tải trọng (lực đẩy ngang) khi sử dụng: <math>\geq 70</math> kg</li> </ul> <p>2.6. Đệm giường: <math>\geq 01</math> cái</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: bông ép hoặc xốp PE không xẹp</li> <li>- Bọc bằng vật liệu không thấm nước, thoáng khí</li> <li>+ Kích thước: phù hợp với mặt giường; độ dày từ 5 đến 10cm (phân từng khúc theo mặt giường)</li> </ul> <p>2.7. Bảng công khai thuốc chất liệu inox: <math>\geq 01</math> chiếc</p> <p>2.8. Cọc truyền: <math>\geq 01</math> chiếc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: inox 304 trở lên</li> <li>- Chiều cao điều chỉnh được ít nhất từ 800 đến 1400mm</li> <li>- Móc treo dịch truyền: <math>\geq 02</math> móc</li> <li>- Có ít nhất 4 vị trí cắm trên khung giường</li> </ul> <p>2.9. Móc treo túi dịch thải bệnh nhân: <math>\geq 04</math> móc</p> <p><b>3. Tiêu chuẩn chất lượng:</b> ít nhất đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>		
3	<b>Tủ đầu giường</b>	<b>Chiếc</b>	<b>41</b>
	<p><b>1. Tính năng:</b> Sử dụng để đựng vật dụng, tư trang cá nhân... của bệnh nhân</p> <p><b>2. Cấu hình</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ chính: 01 cái</li> <li>- Bàn trượt: 01 cái</li> <li>- Ngăn kéo: 01 cái</li> <li>- Khay để đồ (ngăn tủ): <math>\geq 01</math> cái</li> <li>- Giá treo khăn: <math>\geq 01</math> cái</li> </ul>		

Số TT	Tên thiết bị, yêu cầu tính năng, cấu hình, kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	Số lượng
	<p><b>3. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước (rộng x sâu x cao) = (0,45 x 0,45 x 0,75)m ± 10%</li> <li>- Chất liệu: nhựa ABS chuyên dụng trong y tế</li> <li>- Có bánh xe di chuyển</li> <li>- Khay để đồ (ngăn tủ phía dưới) tháo lắp dễ dàng, thay đổi được vị trí (cao, thấp)</li> </ul> <p><b>3. Tiêu chuẩn chất lượng:</b> ít nhất đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>		
4	<p><b>Xe thu gom, vận chuyển đồ vải sau phẫu thuật</b></p> <p><b>1. Tính năng:</b> Sử dụng để thu gom, vận chuyển đồ vải bẩn sau phẫu thuật.</p> <p><b>2. Cấu hình</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xe chính: 01 chiếc</li> <li>- Túi (bao) đựng: ≥ 01 chiếc</li> </ul> <p><b>3. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước (DxRxC): (1100 x 650 x 950) mm ± 5% (chiều dài tính cả tay đẩy)</li> <li>- Khung xe chất liệu inox ống 304 trở lên, đường kính ≥ φ27; độ dày: ≥ 1,5mm</li> <li>- Đế và các mặt bên có các thanh inox (ống) tăng cứng</li> <li>- Túi bao bằng vải bạt không thấm nước, cố định chắc chắn với khung xe, tháo vệ sinh dễ dàng.</li> <li>- Bánh xe: 04 bánh, chuyển động bằng vòng bi, lớp cao su đặc chống trơn</li> </ul> <p>Hình ảnh minh họa:</p> <div data-bbox="331 1391 967 1935" data-label="Image"> </div>	Chiếc	12

**Ghi chú:**

- Các đơn vị có thể báo giá cho một hoặc một số hoặc toàn bộ các mặt hàng trong danh mục nêu trên (Bệnh viện dự kiến đấu thầu theo chia phần, lô).
- Đề nghị các đơn vị chào đầy đủ, chi tiết các thông tin hàng hóa (theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm) làm cơ sở để Bệnh viện tham khảo xây dựng cấu hình, yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa mời thầu.

**2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng**

- Tạm ứng: Theo quy định của pháp luật.
- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chứng từ thanh toán.

**3. Mẫu báo giá: theo Phụ lục đính kèm./.*****Nơi nhận:***

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Tuyên**

## BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp trang thiết bị y tế như sau:

### 1. Danh mục báo giá

STT	Danh mục thiết bị vật tư	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1	- Tên thiết bị: - Model, mã hàng hóa (nếu có): - Xuất xứ: - Các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CE, FDA...): - Cấu hình: - Thông số kỹ thuật chi tiết: - Các thông tin khác (nếu có).				
2					
...					
<b>Tổng cộng:</b>					

### Ghi chú:

- Đơn vị báo giá điền đầy đủ, chi tiết thông tin về thiết bị theo yêu cầu tại Biểu trên;
- Giá báo là giá đã bao gồm đầy đủ thuế, phí theo quy định.

**2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:** .... ngày, kể từ ngày phát hành [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày].

### 3. Chúng tôi cam kết

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./.

, ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

