SỞ Y TẾ NINH BÌNH **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 996 /BVĐK-TCKT V/v mời cung cấp báo giá, dịch vụ thẩm định giá Mua sắm, thay thế các đầu dò cho các máy siêu âm Samsung HS40 và GE Vivid E9	*Ninh Bình, ngày 24 tháng 6 năm 2022*

Kính gửi: Các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang thực hiện quy trình mua sắm, thay thế các đầu dò cho các máy siêu âm Samsung HS40 và GE Vivid E9 theo danh mục đính kèm.

(Có danh mục thông số kỹ thuật chi tiết đính kèm)

Đề nghị các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực cung cấp:

1. Báo giá (Giấy báo giá, Bản chào giá...)

Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ nội dung theo danh mục đính kèm, trong đó ghi rõ: thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá, các điều khoản thương mại, bảo hành... và gửi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trước ngày 04/7/2022.

Nơi nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

2. Dịch vụ thẩm định giá hàng hóa dịch vụ

Các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực thẩm định giá hàng hóa, dịch vụ nêu trên xin liên hệ: Ông Đoàn Sơn Thụy – phòng TCKT, Số ĐT: 0912932039 để làm thủ tục thực hiện dịch vụ thẩm định giá.

Các đơn vị có thể liên hệ, đến Bệnh viện khảo sát thực tế để có căn cứ lập, cung cấp báo giá hoặc dịch vụ thẩm định giá.

Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình./.

Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc (để báo cáo); - Phòng CTXH (để đăng tải); - Lưu: VT, TCKT.	**KT. GIÁM ĐỐC** **PHÓ GIÁM ĐỐC** **Lê Chính Chuyên**

DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ, THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Thư mời số 996 /BVĐK-TCKT ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

Số TT	Tên hàng hóa, thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1.	**Đầu dò Convex** - Mã: CA2-8AD (hoặc phụ kiện có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương sử dụng tương thích hoàn toàn với máy siêu âm của hãng Samsung Medison, model: HS40) - Năm sản xuất: 2021 trở đi - Tình trạng: mới 100% ***- Tính năng, thông kỹ thuật:*** + Sử dụng cho siêu âm: ổ bụng, sản phụ khoa, ... + Dải tần số: 2 - 8 MHz + Bán kính cong: 60.365mm + Trường nhìn: 58^0 + Số chấn tử: 192 + Hướng dẫn sinh thiết: Có	Chiếc	01
2.	**Đầu dò Linear** - Mã: LA3-16AD (hoặc phụ kiện có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương sử dụng tương thích hoàn toàn với máy siêu âm của hãng Samsung Medison, model: HS40) - Năm sản xuất: 2021 trở đi - Tình trạng: mới 100% ***- Tính năng, thông kỹ thuật:*** + Sử dụng cho siêu âm: bộ phận nhỏ, mạch máu, cơ xương khớp, ... + Dải tần số: 3 - 16 MHz + Hình dạng mặt đầu dò: phẳng + Trường nhìn: 38.4mm + Số chấn tử: 192 + Hướng dẫn sinh thiết: Có	Chiếc	01
3.	**Đầu dò mảng pha chuyên tim** - Mã: M5Sc-D (hoặc phụ kiện có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương sử		

	dụng tương thích hoàn toàn với máy siêu âm của hãng GE, model: Vivid E9) - Năm sản xuất: 2020 trở đi - Tình trạng: mới 100% ***- Tính năng, thông kỹ thuật:*** + Sử dụng cho siêu âm: tim mạch, tim thai, mạch vành, gắng sức, ổ bụng nhi khoa,... + Diện tích bề mặt tiếp xúc đầu dò: 18x27 mm + Dải tần số: 1.4 - 4.6 MHz + Trường nhìn: 120^0 + Trường độ sâu: 30 cm		