

SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BVĐK-TCKT
V/v mời cung cấp báo giá, thẩm định
giá ống nội soi đại tràng

Ninh Bình, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang thực hiện quy trình mua sắm bổ sung, thay thế ống nội soi đại tràng chi tiết theo danh mục đính kèm.

(Có danh mục chi tiết đính kèm)

Đề nghị các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực cung cấp:

1. Báo giá (Giấy báo giá, Bản chào giá,...)

Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ nội dung theo danh mục đính kèm, trong đó ghi rõ: thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá, các điều khoản thương mại, bảo hành, ...

2. Dịch vụ thẩm định giá

Các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực thẩm định giá dịch vụ nêu trên xin liên hệ: Bà Phạm Thị Thanh Vân - phòng Tài chính kế toán, Số ĐT: 0982.296.604 để làm thủ tục thực hiện dịch vụ thẩm định giá.

Các đơn vị có thể liên hệ, đến Bệnh viện khảo sát thực tế để có căn cứ lập, cung cấp báo giá hoặc dịch vụ thẩm định giá.

Nơi nhận báo giá, hồ sơ thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

Thời gian tiếp nhận thông tin và hồ sơ: trước 17 giờ 00 phút ngày **30/9/2022**.

Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện và gửi cho các đơn vị có khả năng thực hiện hoặc có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hiệp

DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ, THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Thư mời số /BVĐK-TCKT ngày tháng năm 2022
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

Số TT	Tên hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1.	<p>Ống nội soi đại tràng video</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: CF-H170I - Hãng sản xuất: OLYMPUS - Nước sản xuất: Nhật Bản <p>(hoặc phụ kiện có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương, sử dụng tương thích hoàn toàn với hệ thống khám nội soi tiêu hóa 170 của hãng OLYMPUS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở đi. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. <p>Tính năng, yêu cầu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp hình ảnh độ phân giải HDTV. - Có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp (Narrow Band Imaging - NBI) cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc. - Có hỗ trợ chức năng dừng hình ảnh trước (pre-freeze) tự động chọn lựa hình ảnh rõ nét nhất từ loạt hình ảnh được chụp trong khoảng thời gian đã thiết lập. - Có chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh thông qua việc di chuyển ống soi đến gần niêm mạc. - Ống soi có khả năng chống thấm nước mà không cần dùng nắp chống nước. - Có khả năng điều chỉnh độ cứng của ống soi. - Có kênh nước phụ. - Trường nhìn: ≥ 140 độ. - Độ sâu của trường nhìn: 2- 100 mm $\pm 5\%$. - Hướng quan sát: 0 độ (hướng nhìn thẳng). - Độ uốn cong của đầu ống soi: Lên ≥ 180 độ, Xuống ≥ 180 độ, Phải/Trái ≥ 160 độ. - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 12.8 mm $\pm 5\%$. - Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 12.8 mm $\pm 5\%$. - Đường kính kênh dụng cụ: ≥ 3.7 mm $\pm 5\%$. - Chiều dài làm việc: 1330 mm $\pm 5\%$. - Chiều dài tổng: 1655 mm $\pm 5\%$. 	Bộ	01

<ul style="list-style-type: none"> - Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: ≤ 5.0 mm từ đầu cuối ống soi. - Bộ phụ kiện đồng bộ với ống soi, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Bộ rửa ống soi: 01 bộ + Nắp van sinh thiết: 01 chiếc + Van khí nước: 01 chiếc + Van hút: 01 chiếc + Chổi rửa ngắn: 01 chiếc + Chổi rửa dài: 01 chiếc + Hộp đựng ống soi: 01 chiếc - Yêu cầu khác: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. + Chứng từ, tài liệu kèm theo: Giấy chứng nhận xuất xứ CO, Giấy chứng nhận chất lượng CQ, Tờ khai hải quan, danh sách đóng gói, hóa đơn thương mại (Invoice) (Đối với hàng hóa nhập khẩu). 		
---	--	--