

Số: /BVĐK-VTTBYT  
V/v mời cung cấp báo giá  
bồn rửa tay phẫu thuật

Ninh Bình, ngày tháng năm 2023

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp bồn rửa tay phẫu thuật phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

#### 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

#### 2. Cách thức tiếp nhận báo giá

##### - Nhận bản giấy báo giá

Các đơn vị gửi báo giá trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

##### - Nhận bản scan màu qua email: [vattudknb@gmail.com](mailto:vattudknb@gmail.com)

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm Thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện.

Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua địa chỉ email nêu trên (thời điểm báo có thư đến), tùy thời điểm nào đến trước. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ thời điểm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Ông Nguyễn Tiến Dũng, phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số điện thoại: 0912910045 (các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này).

## II. Nội dung đề nghị báo giá

### 1. Danh mục thiết bị đề nghị báo giá

Stt	Tên tài sản	Tính năng, cấu hình, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	<b>Bồn rửa tay ngoại khoa (rửa tay phẫu thuật, rửa tay vô trùng)</b>	<p><b>1. Yêu cầu về tính năng cơ bản</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sử dụng để rửa tay vô trùng cho phẫu thuật viên trước và sau phẫu thuật</li><li>- Có tính năng lọc, khử khuẩn nước rửa tay</li><li>- Có tính năng rửa nước nóng</li><li>- Lấy dung dịch sát khuẩn tự động</li></ul> <p><b>2. Yêu cầu về cấu hình cơ bản</b></p> <p>Mỗi hệ thống có ít nhất các thiết bị sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bồn rửa đôi: 01 chiếc</li><li>- Vòi xả nước: 02 chiếc</li><li>- Thiết bị cấp dung dịch sát khuẩn: <math>\geq</math> 01 bộ</li><li>- Thiết bị khử khuẩn, lọc khuẩn: 01 bộ (tích hợp trong gầm bồn rửa)</li><li>- Thiết bị đun nóng nước bằng điện: 01 bộ (tích hợp trong gầm bồn rửa hoặc treo tường)</li><li>- Phụ kiện lắp đặt, kết nối với hệ thống điện, nước: 01 bộ</li></ul> <p><b>3. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Loại bồn rửa đôi (2 phẫu thuật viên rửa cùng lúc)</li><li>- Vật liệu: inox SUS 304 trở lên, hai lớp</li><li>- Loại bồn đặt trên nền nhà, có bánh xe di chuyển, có khóa.</li><li>- Cấp dung dịch sát khuẩn tự động, điều chỉnh được mức cấp.</li><li>- Vòi cấp nước rửa: xả tự động bằng công tắc đầu gối tự giữ (thay đổi trạng thái mỗi lần nhấn công tắc: nhấn lần một nước được cấp cho đến khi nhấn lần hai thì dừng cấp nước). Có bộ lọc khuẩn đầu vòi, thay thế dễ dàng.</li><li>- Kỹ thuật viên điều chỉnh được nhiệt độ nước rửa theo nhu cầu.</li><li>- Lọc khuẩn, chặn kích thước từ 5 <math>\mu</math>m</li><li>- Chiều dài bồn rửa(kích thước ngoài): từ 1,4m đến 1,5m</li><li>- Chiều rộng bồn rửa (kích thước ngoài, phía trên): từ 0,65 đến 0,7m</li><li>- Chiều cao thành bồn phía trước: 0,85 đến 0,9m</li></ul>	Chiếc	04

Stt	Tên tài sản	Tính năng, cấu hình, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>- Chiều cao thành bồn phía sau: 1,1 đến 1,2m</p> <p>- Chiều sâu lòng bồn (từ thành bồn phía trước đến đáy bồn): 0,35 đến 0,4m</p> <p>Hình ảnh minh họa:</p> 		

**Ghi chú:**

- Các đơn vị có thể đến Bệnh viện Da khoa tỉnh Ninh Bình để khảo sát cụ thể.
- Đề nghị các đơn vị cung cấp catalog và nêu chi tiết các thông tin của thiết bị trong báo giá bao gồm:

- + Model, hãng/nước sản xuất;
- + Tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cụ thể của thiết bị;
- + Các tiêu chuẩn của thiết bị, tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- + Thời gian cung cấp kể từ khi ký hợp đồng;
- + Các thông tin khác...

**2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:** Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

**3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng**

- Tạm ứng: không
- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chứng từ thanh toán.

#### **4. Các thông tin khác**

- Tình trạng hàng hoá: mới 100%.
- Thời gian bảo hành: theo quy định của nhà sản xuất./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Giám đốc BV (để báo cáo);
- Phòng ĐD-CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Tuyên**