

Số: 4634 /BVĐK-DUOC

Ninh Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh Vật tư y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm *Bộ dụng cụ nút mạch tạng* tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình (có phụ lục danh mục kèm theo). Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các công ty cung cấp báo giá của hàng hóa trên (theo mẫu báo giá kèm theo).

- **Thời gian nhận báo giá:** Trước 17h00 ngày 22 /12 /2022;

- **Hình thức nhận báo giá:**

+ Báo giá bằng văn bản, có đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình - Đường Tuệ Tĩnh, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình - Số điện thoại: 02293.871.030 (chỉ nhận báo giá qua Văn thư Bệnh viện).

+ Bản file mềm gửi vào địa chỉ mail: duocbvdknb@gmail.com

Rất mong được nhận được sự tham gia từ phía các công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, Dược.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Chu Thị Giang

DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG XIN BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số 1634 /BVĐK-DUOC ngày 15 / 12/2022
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

Ghi chú: Yêu cầu hàng hoá mới 100%. Có thông số kỹ thuật tương đương.

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật, quy cách đóng gói	Đơn vị tính
1	Ống thông chụp chẩn đoán mạch tạng	Kích thước 5Fr. Trục linh hoạt, phủ lớp ái nước. Đạt tiêu chuẩn ISO13485	Cái
2	Vi ống thông can thiệp mạch tạng	Vi ống thông đường kính từ 1.9Fr đến 2.2Fr. Đạt tiêu chuẩn ISO13485.	Cái
3	Vi ống thông can thiệp mạch tạng	Vi ống thông kích thước 2.6Fr- 2.7Fr: để bơm hạt to và thả coil, bơm keo. Đạt tiêu chuẩn ISO13485.	Cái
4	Vi dây dẫn dùng cho vi ống thông	Vi dây dẫn dùng cho vi ống thông 1.9Fr- 2.2 Fr, đường kính 0.014"- 0.016". Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái
5	Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi các cỡ	Bộ dụng cụ mở đường quay/đùi, 5Fr-6Fr, chiều dài các cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO13485.	Cái
6	Dây dẫn đường cho Catheter	Dây dẫn đường cho catheter phủ lớp ái nước. Đường kính 0.035", đầu cong hoặc đầu thẳng. Dài ≥ 150 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485.	Cái

Tổng số mặt hàng: 6./.



Mẫu báo giá

(Kèm theo Thư mời báo giá số 1634 /BVĐK-DUOC ngày 15 / 12 /2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

Công ty...

Địa chỉ...

Điện thoại...

Email...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Công tyxin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá các mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Chủng loại (model)/ Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật/ Quy cách đóng gói	Hãng SX /Nước SX	Phân nhóm (TT 14/2020/TT-BYT)	Đơn vị tính	Đơn giá (đã có VAT)	Giá kê khai	Mã kê khai	Ghi chú
1											
2											
3											
...											
Tổng số: ... mặt hàng											

Ghi chú: Báo giá này có giá trị trong vòng ... ngày kể từ ngày ký./.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)