

SỞ Y TẾ NINH BÌNH  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 680 /BVĐK-TCKT  
V/v mời kiểm tra, sửa chữa một số  
thiết bị y tế, cung cấp báo giá dịch vụ  
sửa chữa, phụ kiện thay thế (nếu có)

Ninh Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang có nhu cầu sửa chữa một số thiết bị y tế theo danh mục sau:

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Mô tả hư hỏng
1	<b>Dao mổ điện cao tần</b> - Model: VIO 300 S - Hãng: Erbe/ Đức	Cái	01	- Máy báo lỗi "C 42" không sử dụng được
2	<b>Dao mổ điện cao tần</b> - Model: ESU-X 300NT - Hãng: Geister - Đức	Cái	02	- 01 máy báo lỗi "Err 37" không sử dụng được - 01 máy lỗi không lên nguồn, không sử dụng được
3	<b>Máy thở chức năng cao</b> - Model: Puritan Bennett 980 - Hãng: Covidien/ Ireland	Cái	03	Máy báo lỗi: "Inadequate charge or non-functional ventilator battery system"
4	<b>Máy thở chức năng cao</b> - Model: Puritan Bennett 980 - Hãng: Covidien/ Ireland	Cái	02	Các máy báo lỗi "Ventilator Inoperative Replace Ventilator" không sử dụng được
5	<b>Máy thở chức năng cao</b> - Model: Evita-4 - Hãng: Draeger	Cái	02	- 01 máy báo lỗi "Device Failure 13.03.001" không sử dụng được - 01 máy lỗi không lên nguồn, không sử dụng được
6	<b>Máy khoan cưa sọ não tự động sử dụng điện</b> - Hãng sx: Adeor/ Đức	Cái	01	- Đầu motor bị kẹt bó cứng không sử dụng được - Đầu Hudson bị kẹt không lắp được lưỡi cắt, không sử dụng được

Đề nghị các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực khảo sát, cung cấp:

**Báo giá** (Giấy báo giá, Bản chào giá,...) dịch vụ sửa chữa, phụ kiện thay thế (nếu có) cho một số hoặc tất cả các thiết bị nêu trên, trong đó ghi rõ: thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá (tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành), các điều khoản thương mại, bảo hành... có đại diện đơn vị ký tên, đóng dấu và gửi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trong vòng ít nhất 10 ngày kể từ ngày Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện

**Nơi nhận báo giá, hồ sơ năng lực:** Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02293 871 030 (*bản scan gửi qua email: vattudknb@gmail.com*).


Địa chỉ liên hệ công tác: phòng Vật tư - TBYT (điện thoại: 02293 500 933 hoặc đ/c Nguyễn Quốc Hưng: 0911.187.925).

Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện và gửi cho các đơn vị có khả năng thực hiện hoặc có yêu cầu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng ĐD-CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Tuyên**