

Số: 790 /BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp báo giá một số
vật tư can thiệp mạch não

Ninh Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh vật tư y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua Mua bổ sung một số vật tư can thiệp mạch não trong thời gian chờ kết quả thầu 12 tháng (lần 2) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình hoặc phòng Vật tư - Thiết bị y tế (Ông Đặng Duy Kha, Số ĐT: 0914.817.323).
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
 - Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình - Số điện thoại: 02293.871.030.

(Bản chụp gửi qua email: vattudknb@gmail.com)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị (có phụ lục kèm theo).
- Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp:
 - Địa điểm cung cấp: Kho Vật tư tiêu hao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
 - Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp: Vận chuyển, bốc xếp, bàn giao tại Kho Vật tư tiêu hao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 05 ngày kể từ khi đặt hàng.

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.
- Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản.

5. Các thông tin khác:

- Tình trạng hàng hóa: mới 100%.
- Mẫu báo giá: Theo thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. / *scu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng Điều dưỡng - CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên

Phụ lục
DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 790 /BVĐK-VTTBYT ngày 05 /7/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Vi ống thông mạch não để thả Stent lấy huyết khối	- Đường kính đầu ngoại vi từ 2.4Fr đến 2.8Fr , độ dài từ 145cm đến 153cm. - Dùng để can thiệp nút phòng động mạch não bằng coils và dây stent lên mạch não. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	10	Cái
2	Van cầm máu	- Bộ van cầm máu có dây nối và các phụ kiện đi kèm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	60	Cái
3	Ống hút huyết khối cỡ lớn	- Đường kính trong ≥ 0.062 " , đầu thẳng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	25	Cái
4	Catheter chụp mạch não	- Kích thước: 5Fr , chiều dài: 65 cm, 80 cm, 100 cm. - Hình dạng đầu tip cho mạch não: Simmons, Mani, Vertebral. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	35	Cái
5	Bóng nong mạch não nội sọ	- Đường kính 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, chiều dài bóng nong 8mm đến 15mm, đường kính trong 0.0165" - 0.017". - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	5	Cái
6	Bóng nong mạch não ngoài sọ	- Kích thước bóng 3.0mm - 7.0mm dài 15 - 30mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	5	Cái
7	Dây dẫn đường cho Catheter ái nước	- Cấu tạo: Lõi là vật liệu Nitinol. Lớp ngoài là Polyurethane, ái nước. - Kích thước: Chiều dài: 260 cm. Đường kính: 0.035". - Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485.	35	Cái
8	Khung giá đỡ (stent) mạch cảnh	- Stent tự giãn nở bằng nitinol nhớ hình, loại đầu thẳng, dùng trong can thiệp điều trị hẹp động mạch do xơ vữa, lóc tách. - Đường kính 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm - Chiều dài 30- 60mm. Sử dụng dây dẫn 0.014" Có thể thu hồi sau khi thả 90% chiều dài stent. - Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485.	4	Cái
9	Dụng cụ mở đường vào động mạch máu	- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay hoặc động mạch đùi cỡ 8F. Cấu tạo tối thiểu gồm: + Kim chọc mạch. + Dây dẫn đường. + Ống dẫn. + Bơm tiêm + Que nong. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485.	35	Bộ
10	Cuộn nút mạch não (coil)	Cuộn nút mạch não dùng nút kín chặt lòng túi phình. Các cỡ khác nhau. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	30	Cái
11	Vi ống thông mạch não dùng trong thả coil	Đường kính ngoài là 2.1Fr-1.7Fr và 2.4Fr-1.9Fr, đường kính trong 0.017" và chiều dài ≥ 150 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	10	Cái
Tổng số: 11 mục				

Mẫu báo giá

(Kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá số 790/BVĐK-VTTBYT ngày 05/7/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

Công ty...

Địa chỉ...

Điện thoại...

Email...

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm SX	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1										
2										
3										
...										
Tổng số: ... mặt hàng										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.....tháng....năm 2023

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)