

Số: 813/BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp báo giá bộ xylanh R,
S và valve S của máy xét nghiệm sinh
hóa tự động AU 680

Ninh Bình, ngày 10 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm, thay thế bộ xylanh R, S và valve S của máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU 680 của hãng Beckman Coulter với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình hoặc Phòng Vật tư - Thiết bị y tế (Ông Phạm Xuân Toàn, Số ĐT: 0963.126.880).
- Cách thức tiếp nhận báo giá
Nhận trực tiếp tại Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030

(bản chụp gửi qua email: vattudknb@gmail.com).

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày Thư mời này được đăng tải công khai trên Website (Trang thông tin điện tử) của Bệnh viện.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục phụ kiện, vật tư thay thế

Số TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị
1	Xylanh R	- Hàng hoá có tính năng, thông số kỹ thuật tương thích hoàn toàn với máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU 680 của Bệnh viện	03	Chiếc
2	Xylanh S	- Hàng hoá có tính năng, thông số kỹ thuật tương thích hoàn toàn với máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU 680 của Bệnh viện	01	Chiếc

Số TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị
3	Valve S	- Mã: LVM155 (hoặc hàng hoá có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương, tương thích hoàn toàn với máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU 680 của Bệnh viện)	01	Chiếc

Các đơn vị có thể liên hệ, đến Bệnh viện khảo sát thực tế để có căn cứ lập, cung cấp báo giá.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Nhà cung cấp có trách nhiệm kiểm tra, thử nghiệm, vận chuyển, bảo quản hàng hóa trước khi giao hàng. Nếu qua quá trình kiểm tra và sử dụng hàng hóa (trước khi nghiệm thu) mà có sự không phù hợp về đặc tính kỹ thuật thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng, Nhà cung cấp phải có trách nhiệm thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật. Chủ đầu tư không phải chịu các phí tổn phát sinh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản.

5. Các thông tin khác

- Tình trạng hàng hoá: mới 100%.

- Mẫu báo giá: theo mẫu áp dụng đối với gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế ban hành kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng Điều dưỡng - CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Tuyên