

Số: 886 /BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp báo giá trang thiết bị
chăm sóc da cho khoa Da liễu

Ninh Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị chăm sóc da cho khoa Da liễu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình hoặc Phòng Vật tư - Thiết bị y tế (Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Số ĐT: 0344788199).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030

(bản chụp gửi qua email: vattudknb@gmail.com).

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày Thư mời này được đăng tải công khai trên Website (Trang thông tin điện tử) của Bệnh viện.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục mua sắm trang thiết bị chăm sóc da cho khoa Da liễu

Số TT	Tên hàng hóa, quy cách	Đơn vị	Số lượng
1	Máy phân tích da Tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản: - Sử dụng trong thăm khám, điều trị chuyên khoa da liễu - Màn hình cảm ứng ≥ 10 inch - Hệ thống camera - Hệ thống quang học - Công suất sử dụng: ≥ 20 W - Điện áp sử dụng: 85-246VAC/ 50-60Hz	Cái	1

Số TT	Tên hàng hóa, quy cách	Đơn vị	Số lượng
	<ul style="list-style-type: none"> - Năm sx: 2022 trở về sau - Tình trạng : Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (hoặc thiết bị có cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật tương đương)		
2	Máy điện di Tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản: <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng trong thăm khám, điều trị chuyên khoa da liễu - Tần số: 5KHz \pm 5% - Cường độ dòng điện: \geq30Ma - Tần số: 2KHz \pm 5% - Chế độ Pulse: 0.5KHz ~ 10KHz - Điện áp: 30Vp-p \pm 5% - Nguồn điện vào: AC 110 – 240V/ 50-60Hz - Năm sx: 2022 trở về sau - Tình trạng : Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (hoặc thiết bị có cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật tương đương)	Cái	3
3	Đèn led chiếu sáng Tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản: <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng trong thăm khám, điều trị chuyên khoa da liễu - Ánh sáng lạnh \geq 120 bóng có dimmer tăng giảm độ sáng - Điện áp sử dụng: 220 VAC \pm10%/ 50Hz-60Hz - Năm sx: 2022 trở về sau - Tình trạng: Mới 100% 	Cái	3
4	Đèn chiếu sáng sinh học Led 7 màu Tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản: <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng trong thăm khám, điều trị chuyên khoa da liễu - Công suất: \geq36W - Điện áp ra: 12V-3A - Có ít nhất các bước sóng: 415nm, 308nm; 635nm; 560nm; 590nm; 610nm; AC + 320nm - Số lượng bóng Led: \geq 400 bóng - Điện áp sử dụng: 220 VAC \pm10%/ 50Hz-60Hz - Năm sx: 2022 trở về sau - Tình trạng : Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (hoặc thiết bị có cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật tương đương)	Cái	1

Số TT	Tên hàng hóa, quy cách	Đơn vị	Số lượng
5	<p>Máy xông hơi mặt nóng lạnh hai cần Tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản: - Sử dụng trong thăm khám, điều trị chuyên khoa da liễu - Công suất nóng : $\geq 700W$ - Công suất lạnh : $\geq 50W$ - Công suất đèn Ozone : $\geq 4W$ - Dung tích bình chứa : $\geq 700ml$ - Điện áp sử dụng : $220 VAC \pm 10\% / 50Hz-60Hz$ - Năm sx: 2022 trở về sau - Tình trạng : Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Tham khảo: (hoặc thiết bị có cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật tương đương)</p>	Cái	3
6	<p>Giường Spa Tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản: - Sử dụng trong thăm khám, điều trị chuyên khoa da liễu - Kích thước: $(1,9 \times 0,9 \times 0,7)m \pm 3\%$ - Chất liệu: Gỗ - Đệm mút dày $\geq 2cm$ - Năm sx: 2022 trở về sau - Tình trạng : Mới 100%</p>	Cái	3
7	<p>Ghế xoay chân đúc Tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản: - Sử dụng trong thăm khám, điều trị chuyên khoa da liễu - Đường kính mặt ghế: $32cm \pm 3\%$ - Chiều cao: điều chỉnh được từ $42cm \div 55cm$ - Chất liệu: Chân inox hoặc sơn tĩnh điện - Độ dày của đệm: $\geq 5cm$ - Xoay được 360° - Hệ thống nâng hạ bằng thủy lực - Năm sx: 2022 trở về sau - Tình trạng: Mới 100%</p>	Cái	3
8	<p>Xe đẩy dụng cụ spa Tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản: - Sử dụng trong thăm khám, điều trị chuyên khoa da liễu - Kích thước: $(50 \times 35 \times 65)cm \pm 3\%$ - Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện, mặt kính cường lực - Có 4 bánh để di chuyển - Năm sx: 2022 trở về sau - Tình trạng : Mới 100%</p>	Cái	3

Các đơn vị có thể liên hệ, đến Bệnh viện khảo sát thực tế để có căn cứ lập, cung cấp báo giá.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Nhà cung cấp có trách nhiệm kiểm tra, thử nghiệm, vận chuyển, bảo quản hàng hóa trước khi giao hàng. Nếu qua quá trình kiểm tra và sử dụng hàng hóa (trước khi nghiệm thu) mà có sự không phù hợp về đặc tính kỹ thuật thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng, Nhà cung cấp phải có trách nhiệm thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật. Chủ đầu tư không phải chịu các phí tổn phát sinh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản.

5. Các thông tin khác

- Tình trạng hàng hoá: mới 100%.

- Mẫu báo giá: theo mẫu áp dụng đối với gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế ban hành kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng Điều dưỡng - CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên