

Số: 916/BVĐK-VTTBYT

Ninh Bình, ngày 25 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh vật tư y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua vật tư sử dụng tại khoa Hồi sức tích cực, Chẩn đoán hình ảnh đến hết ngày 31/12/2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. (Nếu có các vấn đề cần làm rõ, đề nghị liên hệ ông Nguyễn Nguyễn Tử Thành Linh, SĐT 0359.236.748 để được giải đáp)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh tại Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

- Nhận bản giấy:

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Nhận bản scan màu qua email: vtytbvdknb@gmail.com).

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện

Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính là thời điểm nhận báo giá bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua email (*thời điểm báo có thư đến*) tùy thời điểm nào đến trước.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 120 ngày**, kể từ thời điểm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư (có phụ lục kèm theo)
- Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp:

- Địa điểm cung cấp: Kho Vật tư tiêu hao – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp: Vận chuyển, bốc xếp, bàn giao tại Kho Vật tư tiêu hao – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không

- Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản. Thời gian thanh toán: 30 ngày kể từ ngày hoàn thành hồ sơ thanh toán.

5. Các thông tin khác


- Tình trạng hàng hóa: mới 100%.

- Mẫu báo giá: Theo mẫu báo giá kèm theo công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng Điều dưỡng – CTXH (để đăng tải)
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tuyên

Phụ lục
DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
*(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 916 /BVĐK-VTTBYT ngày 25/7/2023
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)*

STT	Danh mục	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Quả lọc máu liên tục dùng cho máy MultiFiltrate	Thành phần: Quả lọc máu liên tục dùng cho máy MultiFiltrate. Chất liệu màng polysulfone, Dây dịch bù, Dây dịch lọc. Đạt tiêu chuẩn ISO13485	Bộ	40
2	Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn lọc máu liên tục dùng cho máy Omni	Bao gồm các bộ phận: Dây dẫn động mạch; Dây dẫn tĩnh mạch kèm túi chứa chất thải dịch môi; Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm; Dây dẫn dịch thải; Dây dẫn dịch bù; túi dịch thải. Đạt tiêu chuẩn ISO13485	Bộ	30
3	Bộ dây và màng lọc tách huyết tương cho máy OMNI	Bao gồm các bộ phận: Dây động mạch; Dây tĩnh mạch kèm túi chứa chất thải; Dây dẫn dịch thải kèm công lấy mẫu; Dây dẫn dịch thay thế kèm túi làm ấm, túi dịch thải $\geq 7l$; Diện tích bề mặt: $\geq 0.5m^2$. Dùng cho máy Omni. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Bộ	10
4	Bộ dẫn lưu đường mật qua da	- Chiều dài: Từ 25cm đến 30 cm; - Đường kính: Đủ các cỡ từ 6Fr đến 16Fr; - Trọn bộ bao gồm: dao nhọn hình tam giác, và dụng cụ làm cứng ống dẫn lưu, ống dẫn lưu phủ lớp ái nước và khoá. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	200
5	Ống nội khí quản có ống hút dịch	Ống nội khí quản có bóng, có ống hút dịch. Có mắt, đầu cong. Ống các số: 6.5, 7.0, 7.5; 8. Đạt tiêu chuẩn ISO13485	Cái	50
6	Túi dịch thải	Chất liệu: Plastic; thể tích chứa: 10L - Có đường vào và đường ra xả dịch thải. Dùng trong lọc tách huyết tương ở máy MultiFiltrate. Đạt tiêu chuẩn ISO13485	Túi	10
Tổng số: 06 mặt hàng				

Mẫu báo giá

(Kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá số 916 /BVĐK-VTTBYT ngày 25/7/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

Công ty...

Địa chỉ...

Điện thoại...

Email...

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật	Mã HS	Năm SX	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1												
2												
3												
...												
Tổng số: ... mặt hàng												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.....tháng....năm 2023

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)